


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«14» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора токсичных газов
для стационарных газоанализаторов модели Polytron 5100 установки УПМ-III

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор токсичных газов в составе стационарного газоанализатора модели Polytron 5100 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК сероводорода в воздухе установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели Polytron 5100 взамен вышедшего из строя сенсора.


Код заказа вышедшего из строя сенсора 6809610.

Код заказа приобретаемого сенсора 6809610.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-100 ppm
- Измеряемая среда: воздух установки (наличие сероводорода)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014956 н.250