


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравченко  
« 14 » 12 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора токсичных газов  
для стационарных газоанализаторов модели DM-700 установок УПСК, Р/Х

### 1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор токсичных газов в составе стационарного газоанализатора модели DM -700 предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК диоксида серы в воздухе установок. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели DM -700 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора 377-555500-020.

Код заказа приобретаемого сенсора 377-555500-020.

### 2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-20 ppm
- Измеряемая среда: воздух установки (наличие диоксида серы)
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

11014964 п.180