


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец

«14» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора для портативных газоанализаторов модели Колион-1В-25 лаборатории цеха №22

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор в составе портативного газоанализатора модели Колион-1В-25 предназначен для непрерывного определения содержания кислорода в воздухе установок и звуковой сигнализации при достижении заданного значения порога срабатывания. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели Колион-1В-25 взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора О2-А2.

Код заказа приобретаемого сенсора О2-А2.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-25 % об.
- Измеряемая среда: воздух установки
- Время срабатывания (t_{90}) менее 25 секунд
- Температурный диапазон -30 ... 55 °С
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

~ 377146

11014964 «.10,190