


УТВЕРЖДАЮ:

Главный метролог

 С.И. Кравец
«19» 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение электрохимического сенсора токсичных газов
для стационарных газоанализаторов модели ССС-903М установки ГОДТ

1. Комплект оборудования к поставке и его назначение

Электрохимический сенсор токсичных газов в составе стационарного газоанализатора модели ССС-903М предназначен для непрерывного определения и передачи в систему управления значений ПДК сероводорода в воздухе установки. Сенсор устанавливается в газоанализатор модели ССС-903М взамен вышедшего из строя сенсора.

Код заказа вышедшего из строя сенсора ПГЭ-903У-Н₂S.

Код заказа приобретаемого сенсора ПГЭ-903У-Н₂S.

2. Технические требования к приобретаемому оборудованию

- Диапазон измерений 0-10 мг/м³
- Измеряемая среда: воздух установки (наличие сероводорода)
- Наличие встроенной флэш-памяти
- Соответствие года выпуска году продажи

Начальник цеха № 15



А.В. Григорьев

№ 343293

11014956 п. 80, 120, 310